



"OGI" d.o.o.

**INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I
MELIORACIJU KRŠA
Put Duilova 11
21 000 SPLIT
OIB: 90884993104**

Datum 01. prosinca 2021.g.

Predmet:

Odgovor na Vaš zahtjev za pojašnjenjem u postupku nabave **Uređaja za destilaciju alkohola i hlapljivih kiselina**

Poštovani,

U opisu stavke 1. naše ponude br.459/21 MV, **greškom** je navedeno da su uključene dvije tikvice od 500 ml za određivanje alkohola u vinu po metodi OIV-MA-AS312-01A.

Ove tikvice ne spadaju u standardnu opremu uređaja za destilaciju, kako stoji u priloženoj brošuri, te se moraju naručiti odvojeno i **NISU** dio stavke 1.

Stoga, stavka pod rednim brojem 2 iz naše ponude 459/21 MV- **Alcoholic strength kit (tikvica od 500ml) odgovara stavci 1.10 Tehničke specifikacije i ponuđeno je 2 komada kako je traženo.**

Dakle, ukupno, naša ponuda sadrži točno dvije tikvice od 500ml za određivanje alkohola u vinu po metodi OIV-MA-AS312-01A.

OGI d.o.o.

Ognjen Jerkušić, direktor

OGI  d.o.o. Split