

**INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE  
I MELIORACIJU KRŠA**

Broj: 01-249/6-21

Split, 24. studenog 2021

**OGI d.o.o.**

Lj. Posavskog 14, Split

[e-pošta: ogi@ogi.com.hr](mailto:ogi@ogi.com.hr)

**PREDMET: Zahtjev za pojašnjenjem/dopunom ponude**

Poštovani,

Pregledom i analizom vaše ponude (oznake 459/21 , datum 17.11.2021.) koju ste nam dostavili 21.11.2021. putem elektroničke pošte za predmet nabave **Uređaj za destilaciju alkohola i hlapljivih kiselina (podmjera 10.2)**, uočene su određene manjkavosti te vas molimo dopunu ponude kako slijedi:

**1) Tehničke specifikacije i ostali uvjeti - Prilog 3**

Molimo vas dostaviti Prilog 3. - Tehničke specifikacije i ostali uvjeti na način da za stavke 1.1. ,1.3., 1.4., 1.5, 1.10, 1.11 i 1.12 (stavke koje nisu određene rasponom vrijednosti) izričito dopišete riječ „DA“ kako je traženo u predmetnom obrascu iz Poziva za dostavu ponuda.

Pod točkom 1.7. „Zaslon osjetljiv za dodir za nadzor i podešavanje parametara, dijagonale minimalno 7“, u stupcu ponuđena tehnička specifikacija navodite: Zaslon za nadzor, osjetljiv na dodir, dijagonale 7“, to jest izostavljena je mogućnost podešavanja parametara, pa molimo dopuniti opis.

Molimo da nam **do zaključno 29. studenog 2021.**, dostavite gore navedeno na e-mail: [nabava@krs.hr](mailto:nabava@krs.hr)

S poštovanjem,

Stručno Povjerenstvo za provedbu  
postupka jednostavne nabave