

## Prilog 3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OSTALI UVJETI

NARUČITELJ: INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, Split , Put Duljova 11; OIB: 90884993104

NAZIV PREDMETA NABAVE: Uparivač s grijanjem u struj dušika		
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OSTALI UVJETI	PONUĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (upisati točno ponuđenu vrijednost ako je stavka određena raspnom vrijednosti kao npr. od – do ili najviše-najmanje ili min-max, odnosno za ostale stavke upisati DA-NE)	PONUĐENI MODEL: DB-2A
<b>1</b> Uparivač s grijanjem u struj dušika		
1.1.	Minimalni temperaturni raspon: od +5 °C do 100 °C	temperaturni raspon: od +5 °C do 100 °C, DA
1.2.	Minimalni broj blokova: 2 bloka	broj blokova: 2 bloka, DA
1.3	Temperaturna stabilnost pri 100 °C: ± 0,1 °C ili manje	Temperaturna stabilnost pri 100 °C: ± 0,1 °C, DA
1.4.	Maksimalno vrijeme zagrijavanja od 30 °C do 100 °C: 12 minuta ili manje	Maksimalno vrijeme zagrijavanja od 30 °C do 100 °C: 12 minuta, DA
1.5.	Uz uparivač se mora isporučiti spremnik i postolje	Uz uparivač ćemo isporučiti spremnici i postolje, DA
1.6.	Uz uparivač se mora isporučiti minimalno 100 igala	Uz uparivač ćemo isporučiti 100 igala, DA
1.7.	Uz uparivač se mora isporučiti minimalno dva bloka za minimalno 6 tuba dimenzija maksimalno 25 mm	Uz uparivač ćemo isporučiti dva bloka za 6 tuba dimenzija 25 mm, DA
1.8.	Temperatura grijачe ploče do minimalno 100°C	* Temperatura grijачe ploče do 100°C, DA
1.9.	Jamstvo (garancija) za ispravnost isporučene opreme minimalno 12 mjeseci	Jamstvo (garancija) za ispravnost isporučene opreme 12 mjeseci, DA

Naziv i sjedište ponuditelja: Asolutic d.o.o., Karlovačka cesta 24, 10 000 Zagreb, Hrvatska

